



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et.11,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

D E C I Z I E

Nr. 02-73-14 Data: 28.11.17

*privind soluționarea contestației formulată de către FPC „Decebal Impex” SRL,
înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02-73/17 la data
de 01.11.2017 pe marginea procedurii de achiziție nr.17/03018 din 06.10.2017, inițiată de
către Departamentul Dotări al Ministerului Apărării privind achiziționarea utilajului
medical pentru Spitalul Clinic Militar Central al Armatei Naționale*

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația depusă de către FPC „Decebal Impex”, SRL cu sediul

, nr. de identificare (IDNO) 1004600064443, tel. , e-mail: decebal_impe@ yahoo.fr, în rezultatul desfășurării procedurii de achiziție nr. 17/03018 din 06.10.2017, inițiată de către Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, sos. Hîncești, nr. 84, tel. 022252300, e-mail: stanislav.pojar@aemy.md

În scopul examinării contestației depuse, Agenția a organizat la data de 10.11.2017 ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului, autorității contractante și operatorului economic desemnat câștigător.

Pretențiile contestatorului:

În calitatea sa de persoană interesată FPC „Decebal Impex” SRL, cu referire la scrisoarea de informare nr. 40/1725 din 30.10.2017 privind rezultatele licitației publice nr. 17/03018 din 06.10.2017, menționează că nu este de acord cu decizia grupului de lucru, deoarece oferta prezentată corespunde tuturor parametrilor tehnici și este cea mai avantajoasă economic.

Contestatorul susține că este partenerul oficial al producătorului Vinno în Republica Moldova și a oferit datele tehnice veridice de la producător și poate oferi declarații în original de la producător că sondele oferite sunt conform cerințelor și au următorii parametri tehnici:

	Parametri tehnici solicitați		Parametri tehnici propuși
Probe tip	Sonda liniară	5-14 MHz	Liniar, X4-12L cu dispozitiv de ghidare și banda de frecvență 3,0-16,0 MHz
	Phased/Vector	2-5 MHz	Phased S1-6P cu banda de frecvență 1,0-7,0 MHz
	Sonda convexă	2-6 MHz	Convexă F2-5C cu banda de frecvență 2- 6,5 MHz
Monitor	Cu dimensiunea >=19 inch		Da, 19 inch

FPC „Decebal Impex” SRL comunică cu referire la funcția de analiză a ratei de deformare a miocardului tip "strain-rate", că a propus o funcție analogică TVI care are capacitatea de evaluare a mișcării peretelui cardiac în timp real ca și în cazul funcției "strain-rate".

Totodată, contestatorul menționează că operatorul economic desemnat cîștigător "M-Inter-Farma" SA a oferit sistemul "Xario 200" a producătorului Toshiba, iar sondele menținute de acest sistem nu se încadrează în cerințele solicitate, sistemul nu are nici o sondă liniară care ar întruni banda de frecvență 5-14 MHz și nu are nici o sondă cardiacă care se încadrează în diapazonul 2-5 MHz.

În urma celor expuse mai sus operatorul economic contestator solicită reevaluarea ofertelor.

Argumentele autorității contractante:

Departamentul Dotări al Ministerului Apărării informează că la procedura de achiziție publică nr. 17/03018 din 06.10.2017 la lotul nr. 3 "ultrasonograf de înaltă performanță pentru examen ecocardiografic" a fost examinată oferta depusă de către FPC „Decebal Impex” SRL și anume a modelului G50 a producătorului Vinno, țara de origine China. Autoritatea contractantă argumentează că în cadrul evaluării ofertei operatorului economic FPC „Decebal Impex” SRL referitor la coresponderea datelor tehnice a echipamentului Vinno G50 la cerințele specificației tehnice depline solicitate de către autoritatea contractantă și reverificării acestor date din surse alternative (site-uri de specialitate a verificării periferiei utilajului ultrasonografic, site-ul oficial al producătorului Vinno din Republica Federativă Germană și Republica România, manuale de specialitate și publicații științifice din reviste medicale) au constatat următoarele neconformități:

1) Lipsa funcției de analiză a ratei de deformare miocardului de tip "strain-rate", funcționalitate care are sensibilitate superioară tehnicii Doppler pulsat tisular IDT (engl. TVI). Autoritatea menționează, că operatorul economic FPC „Decebal Impex” SRL a oferit echipament cu funcția imagistică Doppler pulsat tisular IDT, bazat pe măsurarea vitezei active și/sau pasive de mișcare a miocardului prin Doppler pulsat tisular. Autoritatea descrie aspectele comparative între funcționalitatea "strain-rate" și funcția IDT. Astfel, IDT nu permite analiza contractibilității peretelui cardiac pe segmente și aprecierea ratei exacte de deformare la fiecare segment, are rezoluție limitată spațială, ce împiedică diferențierea velocităților subendocardiace de cele epicardiace și este influențată de mișcarea translațională a cordului, nu permite analiza contractibilității segmentelor apicale, nu permite identificarea dereglărilor premature a funcției sistolice cordului și este pe larg utilizată pentru analiza doar a funcției diastolice. Departamentul Dotări al Ministerului Apărării identifică funcționalitatea "strain-rate" și funcția IDT ca două tehnici ecocardiografice complet diferite.

2) Neconformitatea parametrilor sondelor solicitați și oferiți. Autoritatea argumentează ca a fost solicitată sondă liniară, cu diapazonul frecvenței 5-14 Mhz, a fost oferit sonda X4-12L cu diapazonul frecvenței 4-12 Mhz, a fost solicitată sonda convex, cu diapazonul 2-6 Mhz, a fost oferită sonda F2-5C cu frecvența 1,4-5 Mhz.

3) Necoresponderea dimensiunilor monitorului solicitat și oferit, și anume autoritatea contractantă menționează că a fost solicitat monitor cu dimensiunea ≥ 19 inch, însă operatorului economic FPC „Decebal Impex” SRL a oferit echipament cu dimensiunea monitorului 18,5 inch.

Totodată, autoritatea contractantă argumentează că oferta operatorului economic "M-Inter-Farma" SA desemnată cîștigătoare cu modelul Xario 200, țara de origine Japonia corespunde cerințelor tehnice depline solicitate de autoritatea contractantă, dispune de funcționalitatea "strain-rate" și corespunde și diapazonul frecvențelor sondelor oferte.

Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:

Potrivit art. 76 alin. (1) din Legea nr. 131/15 orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.

Conform pct. 20 subpct. 1) din Regulamentul cu privire de la activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii. Astfel, grupul de lucru al autorității contractante a specificat în documentația de atribuire parametrii tehnici minimi cărora trebuie să corespundă produsele oferite și care, implicit, răspund necesităților instituției medicale beneficiare, or potrivit art. 37 alin. (2) din Legea 131/15 specificațiile tehnice ale obiectului achiziției trebuie să corespundă cerințelor autorității contractante privind calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele și metodele de producere, precum și procedeele de determinare a conformității lui cu cerințele din documentația de atribuire. Astfel, cu referire la pretențiile contestatorului privind faptul că la funcția de analiză a ratei de deformare a miocardului tip "strain-rate" funcționalitate obligatorie în parametrii tehnici solicitați de către autoritatea contractantă, a propus o funcție analogică Doppler pulsat tisular IDT (engl. TVI) care are capacitatea de evaluare a mișcării peretelui cardiac în timp real ca și în cazul funcției "strain-rate", Agenția ajunge la concluzia că nu sunt argumentate pretențiile contestatorului.

În ceea ce ține de pretențiile contestatorului, privind parametrii tehnici ale sondelor solicitate și oferite, Agenția reține argumentele autorității contractante că a fost solicitată sondă liniară, cu diapazonul frecvenței 5-14 Mhz, însă a fost oferită sonda X4-12L cu diapazonul frecvenței 4-12 Mhz, a fost solicitată sonda convex, cu diapazonul 2-6 Mhz, însă a fost oferită sonda F2-5C cu frecvența 1,4-5 Mhz, reesind din faptul că pe parcursul examinării contestației, inclusiv în cadrul ședinței deschise atât autoritatea contractantă cât și operatorul economic, desemnat cîștișător, au prezentat dovezi prin materiale și prospecțe care demonstrează necoresponderea ofertei contestatorului cu cerințele tehnice solicitate, Agenția ajunge la concluzia că nu sunt argumentate pretențiile contestatorului cu referire la acest subiect.

O situație similară se atestă și în cazul specificației monitorului ultrasonografului de înaltă performanță pentru examen ecocardiografic, iar aprecierea Agenției menționată mai sus este valabilă și pentru această pretenție a contestatorului, întrucît a fost solicitat monitor cu dimensiunea ≥ 19 inch, însă s-a oferit echipament cu dimensiunea monitorului 18,5 inch.

Cu referire la pretențiile operatorului economic contestator ce ține de neconformitatea ofertei operatorului economic cîștișător, este de menționat că primul nu a înaintat probe concludente care ar demonstra acest fapt, iar din aceste considerente Agenția reține prevederile pct. 4 și 20 subpct. 6) din Regulamentul cu

privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 care prevăd că grupul de lucru se creează din funcționari și specialiști ai autorității contractante care examinează, evaluează și compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziție publică și care poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislației.

Reiesind din cele expuse, în conformitate cu prevederile, art. 75 alin. (1), art. 76 alin. (1), art. 80 alin. (2) din Legea 131/15, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e :

Se respinge contestația depusă de către FPC „Decebal Impex” SRL, pe marginea procedurii de achiziție nr.17/03018 din 06.10.2017, inițiată de către Departamentul Dotări al Ministerului Apărării privind achiziționarea utilajului medical pentru Spitalul Clinic Militar Central al Armatei Naționale.

Președintele completului

Alexandru CIUŞ

Membru

Eugenia ENI

Membru

Iacob PLĂMĂDEALĂ